

| |
|---|
| COD 13082 1 x 50 mL |
| CONSERVAR A 2-8°C |
| Reactivos para medir la concentración de IgA Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico |

IMMUNOGLOBULIN A
(IgA)



IMMUNOGLOBULINA A (IgA)
Turbidimetría

FUNDAMENTO DEL MÉTODO

La inmunoglobulina A presente en la muestra precipita en presencia de anticuerpos anti-inmunoglobulina A humana. La dispersión de luz generada por los complejos antígeno-anticuerpo es proporcional a la concentración de inmunoglobulina A y puede ser cuantificada por turbidimetría^{1,2}.

COMPOSICIÓN

A. Reactivo: 1 x 50 mL. Tampón imidazol 0,1 mol/L, anticuerpos de cabra anti-IgA humana, azida de sodio 0,95 g/L, pH 7,5.

CONSERVACIÓN

Conservar a 2-8°C.

El Reactivo es estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, siempre que se conserve bien cerrado y se evite la contaminación durante su uso.

Indicaciones de deterioro: Presencia de partículas, turbidez, absorbancia del blanco superior al límite indicado en "Parámetros del ensayo".

REACTIVOS AUXILIARES

– Calibradores de Proteínas (BioSystems Cod. 31075). El equipo contiene 5 niveles diferentes de concentración de IgA y debe ser utilizado para obtener la curva de calibración. Estos calibradores se suministran listos para su uso.

PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

El Reactivo está listo para su uso.

El reactivo abierto y conservado en el compartimento refrigerado del analizador es estable 2 meses.

MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Utilizar heparina o EDTA como anticoagulantes. Descartar las muestras lipémicas.

La IgA en suero o plasma es estable 7 días a 2-8°C.

VALORES DE REFERENCIA

Suero, adultos³: 70 - 400 mg/dL = 0,70 - 4,00 g/L.

Estos valores se dan únicamente a título orientativo; es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

CALIBRACIÓN

Se recomienda el uso de un calibrador con base de suero (Calibrador de Proteínas, cod. 31075).

Se recomienda realizar el blanco cada día y calibrar al menos cada 2 meses, después de un cambio de lote de reactivo o cuando lo requieran los procedimientos de control de calidad.

PARÁMETROS DEL ENSAYO

| | | A25 | A15 | |
|--|--------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| GENERAL | Técnica | IgA | IgA | |
| | Modo de análisis | punto final mono. | punto final mono. | |
| | Tipo de muestra | SER | SER | |
| | Unidades | mg/dL | mg/dL | |
| | Tipo de reacción | creciente | creciente | |
| | Técnica de turbidimetría | sí | sí | |
| | Decimales | 0 | 0 | |
| | Nº Replicados | 1 | 1 | |
| Nombre de la técnica en el informe de paciente | - | - | | |
| PROCEDIMIENTO | Lectura | bicromática | bicromática | |
| | Volúmenes | Muestra | 3 | 3 |
| | | Reactivo 1 | 440 | 440 |
| | | Reactivo 2 | - | - |
| | | Lavado | 1,2 | 1,2 |
| | | Factor predilución | - | - |
| | Filtros | 1,4 | 1,4 | |
| | Tiempos | Principal | 340 | 340 |
| | | Referencia | 670 | 670 |
| | | Lectura 1 | 450 s | 456 s |
| Lectura 2 | - | - | | |
| Reactivo 2 | - | - | | |
| CALIBRACIÓN | Tipo de calibración | multiple | multiple | |
| | Nº calibradores | 5 | 5 | |
| | Replicados calibrador | 3 | 3 | |
| | Replicados blanco | 3 | 3 | |
| | Curva de calibración | poligonal creciente | poligonal creciente | |

| OPCIONES | Límite absorbancia blanco | 0,300 | 0,300 |
|----------|---------------------------|-------|-------|
| | Límite blanco cinético | - | - |
| | Límite de linealidad | - | - |

CONTROL DE CALIDAD

Se recomienda el uso de los Sueros Control de Proteínas niveles I (Cod. 31211) y II (Cod. 31212) para verificar la funcionalidad del procedimiento de medida.

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables.

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Los datos siguientes se obtuvieron usando un analizador A25. Los resultados son similares a los del A15. Los detalles sobre los datos de evaluación están disponibles bajo solicitud.

– Límite de detección: 7,7 mg/dL = 0,077 g/L.

– Intervalo de medida (valor aproximado dependiendo de la concentración del calibrador más elevado): 7,7 - 650 mg/dL = 0,077 - 6,50 g/L. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra 1/5 con agua destilada y repetir la medición.

– Repetibilidad (intraserie):

| Concentración media | CV | n |
|----------------------|-------|----|
| 142 mg/dL = 1,42 g/L | 3,6 % | 20 |
| 328 mg/dL = 3,28 g/L | 5,7 % | 20 |

– Reproducibilidad (interserie):

| Concentración media | CV | n |
|----------------------|-------|----|
| 142 mg/dL = 1,42 g/L | 5,1 % | 25 |
| 328 mg/dL = 3,28 g/L | 6,7 % | 25 |

– Veracidad: Los resultados obtenidos con este procedimiento no mostraron diferencias sistemáticas cuando se compararon con un procedimiento de referencia. Los detalles de los experimentos de comparación están disponibles bajo solicitud.

– Fenómeno de zona: > 2300 mg/dL = 23,00 g/L.

– Interferencias: La bilirrubina (20 mg/dL) y el factor reumatoide (300 UI/mL) no interfieren. La lipemia (triglicéridos 7,1 g/L) y la hemoglobina (7,0 g/L) pueden afectar los resultados. Otros medicamentos y sustancias pueden interferir⁴.

CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

Aproximadamente un 10-15% de las inmunoglobulinas séricas son IgA. En su forma monomérica son de estructura similar a las IgG, aunque un 10-15% de la IgA sérica es dimerica.

La concentración plasmática de IgA se encuentra disminuida en deficiencias hereditarias o adquiridas de la producción de inmunoglobulinas^{3,5}.

La hiperinmunoglobulinemia difusa (policlonal) es una respuesta normal a las infecciones. La IgA se encuentra generalmente elevada en infecciones que afectan a la piel, pulmones, intestino y riñón, así como en la cirrosis. Pueden encontrarse aumentos de IgA sérica monoclonal (paraproteína) en mielomas múltiples y otras alteraciones proliferativas de las células plasmáticas^{3,5}.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA

- Narayanan S. Method-comparison studies on immunoglobulins. *Clin Chem* 1982; 28: 1528-1531.
- Price CP, Spencer K and Whicher J. Light-scattering immunoassay of specific proteins: a review. *Ann Clin Biochem* 1983; 20: 1-14.
- Dati F et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference range for 14 proteins in serum based on the standardization against the IFCC/CAP reference material (CRM470). *Eur J Clin Chem Clin Biochem* 1996; 34: 517-520.
- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.