



# ANTI-DEAMIDATED GLIADIN PEPTIDES IgG (DGP IgG)



COD 44884 96 Determinaciones
CONSERVAR A 2-8°C
Reactivos para la determinación de anticuerpos IgG anti-péptidos de gliadina desamidados Sólo para uso <i>in vitro</i> en el laboratorio clínico

## ANTI-PÉPTIDOS DE GLIADINA DESAMIDADOS IgG (DGP IgG)

Enzimoimmunoensayo  
PRUEBA EN MICROPLACA

### FUNDAMENTO DEL MÉTODO

Los anticuerpos anti-péptidos de gliadina desamidados (DGP) presentes en el suero se unen al antígeno adsorbidos a la superficie de los pocillos de la microplaca. En una segunda incubación, anticuerpos anti-IgG humanas conjugados con peroxidasa reaccionan con los anticuerpos IgG unidos al antígeno. Finalmente, se añade el sustrato 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB) en presencia de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>, que al ser degradado por la peroxidasa da lugar a un producto de color azul. La reacción enzimática se detiene con una solución de ácido y la formación de producto amarillo se mide a 450 nm. La concentración de anticuerpos en la muestra es proporcional a la absorbancia del producto de la reacción<sup>1</sup>.

### CONTENIDO Y COMPOSICIÓN

- A. Tampón de Lavado Concentrado.** 50 mL. Tampón fosfatos, azida de sodio 15 mmol/L.
- B. Diluyente de Muestra.** 100 mL. Tampón Tris, azida de sodio 15 mmol/L.
- C+. Control Positivo.** 1,5 mL. Listo para su uso. Suero humano con anticuerpos IgG anti-péptidos de gliadina desamidados, azida de sodio 15 mmol/L.
- C-. Control Negativo.** 1,5 mL. Listo para su uso. Suero humano negativo para anticuerpos IgG anti-péptidos de gliadina desamidados, azida de sodio 15 mmol/L.
- D. Conjugado.** 15 mL. Inmunoglobulinas policlonales de conejo anti-IgG humana conjugadas con peroxidasa.
- E. Sustrato.** 15 mL. 3,3',5,5'-tetrametilbencidina (TMB).
- F. Solución de Paro.** 15 mL. Ácido fosfórico 4,5%.
- M. Microplaca:** 12 módulos de 8 pocillos cada uno sensibilizados con péptidos de gliadina desamidados.
- S1-S6. Patrones.** 1,5 mL, listos para su uso. Suero con anticuerpos IgG anti-péptidos de gliadina desamidados, azida de sodio 15 mmol/L. Las concentraciones de anticuerpos son 0, 6, 12, 25, 50 y 100 U/mL, según se indica en la etiqueta. Calibrados frente a un Patrón de Referencia Interno.

*Para más advertencias y precauciones, ver la ficha de datos de seguridad del producto (SDS).*

*Los sueros humanos utilizados en la preparación de los patrones, del control negativo y el control positivo eran negativos para el antígeno HBs y para los anticuerpos anti-HCV y anti-HIV. Sin embargo, los patrones y los controles deben tratarse con precaución como potencialmente infecciosos.*

### CONSERVACIÓN

Conservar a 2-8°C.

Los componentes son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta del kit, siempre que se conserven bien cerrados y se evite la contaminación durante su uso.

### Indicaciones de deterioro:

- Reactivos: Presencia de partículas, turbidez.
- Microplaca: Roturas en el sobre contenedor, defectos macroscópicos como ralladuras en la base del pocillo.

### PREPARACIÓN DE LOS REACTIVOS

**Tampón de lavado.** Efectuar una dilución 1/20 del Tampón de Lavado Concentrado (A) con agua destilada y mezclar. Se necesitan aproximadamente 50 mL de Tampón de Lavado para el lavado de una tira. Una vez diluido, el reactivo es estable 30 días a 2-8°C.

Los demás componentes están listos para su uso.

### EQUIPO ADICIONAL

- Cámara húmeda.
- Aspirador multicanal o lavador automático de microplacas.
- Lector de microplacas o fotómetro con microcubeta y filtro de 450 ± 10 nm.

### MUESTRAS

Suero o plasma recogidos mediante procedimientos estándar. Diluir las muestras 1/100 con Diluyente de Muestra antes del ensayo. Utilizar siempre diluciones frescas.

### PROCEDIMIENTO

1. Atemperar los componentes del kit a temperatura ambiente (Nota 1).
2. Abrir la bolsa de la microplaca (M) y retirar la cantidad necesaria de pocillos (Nota 2).
3. **Determinación cuantitativa:** Pipetear 100 µL de cada uno de los Patrones S1-S6), Control Positivo (C+), Control Negativo (C-) y muestras diluidas en distintos pocillos.
4. **Determinación cualitativa:** Pipetear 100 µL de Patrón S3, Control Positivo (C+), Control Negativo (C-) y muestras diluidas en distintos pocillos. Pipetear 100 µL de Diluyente de Muestra para el blanco.
5. Incubar los pocillos durante 30 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
6. Aspirar el líquido y lavar los pocillos con 300 µL de Tampón de Lavado durante unos 10 segundos 3 veces (Notas 3 y 4).
7. Pipetear 100 µL de Conjugado (D) en cada uno de los pocillos.
8. Incubar los pocillos durante 15 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
9. Lavar como en el paso 5.
10. Pipetear 100 µL de Sustrato (E) en cada uno de los pocillos.
11. Incubar los pocillos durante 15 minutos en cámara húmeda a temperatura ambiente.
12. Pipetear 100 µL de Solución de Paro (F) en cada uno de los pocillos e incubar durante 5 minutos a temperatura ambiente (Nota 5).
13. Medir la absorbancia del contenido de cada pocillo a 450 nm usando el Patrón S1 o el blanco para el ajuste a 0. El color es estable durante al menos 30 minutos.

## CÁLCULOS

**Determinación cuantitativa.** Representar gráficamente los valores de absorbancia obtenidos para los Patrones frente a sus respectivas concentraciones de anticuerpos anti-péptidos de gliadina desamidados. La concentración de anticuerpos en la muestra se calcula por interpolación de la absorbancia en la curva de calibración (curva recomendada: 4-parametric logistic).

**Determinación cualitativa.** Calcular la absorbancia del Valor Discriminante aplicando la siguiente fórmula:

$$A_{450\text{ nm}} \text{ Valor Discriminante} = A_{450\text{ nm}} \text{ S3} \times 0,8$$

Calcular la razón de absorbancias aplicando la siguiente fórmula:

$$\text{Razón de absorbancia} = \frac{A_{450\text{ nm}} \text{ de la Muestra}}{A_{450\text{ nm}} \text{ del Valor Discriminante}}$$

Cuando se obtengan valores de absorbancia por encima del límite superior del rango del lector de microplacas, diluir la muestra con Diluyente de Muestra y repetir la operación.

## VALORES DE REFERENCIA

Se consideran positivas las muestras con concentraciones  $\geq 10$  U/mL, o con razón de absorbancia superior a 1,0.

Se consideran negativas las muestras con concentraciones  $< 10$  U/mL, o con razón de absorbancia inferior a 1,0.

Estos valores se dan únicamente a título orientativo. Es recomendable que cada laboratorio establezca sus propios valores de referencia.

## CONTROL DE CALIDAD

El valor de absorbancia del Patrón S6 debe ser superior a 1,300.

La concentración del Control Positivo (C+) debe estar comprendida entre 40 U/mL y 60 U/mL, y la del Control Negativo (C-) debe ser  $< 10$  U/mL.

La razón de absorbancia para el Control Negativo (C-) debe ser  $< 1,0$ .

Cada laboratorio debe establecer su propio programa de Control de Calidad interno, así como procedimientos de corrección en el caso de que los controles no cumplan con las tolerancias aceptables.

## CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

– Repetibilidad (intra):

U/mL	CV %	n
17,2	5,8	20
37,0	4,3	20
80,3	4,6	20

– Reproducibilidad (inter):

U/mL	CV %	n
17,2	4,1	20
37,0	2,5	20
80,3	2,7	20

– Límite de Detección: 1,0 U/mL.

– Interferencias: La hemólisis (hemoglobina  $< 1000$  mg/dL), la lipemia (triglicéridos  $< 3000$  mg/dL) y la bilirrubina ( $< 40$  mg/dL) no interfieren. Otras sustancias y medicamentos pueden interferir<sup>2</sup>.

– Intervalo de medida: 3 - 100 U/mL. Cuando se obtengan valores superiores, diluir la muestra con Diluyente de Muestra y repetir la medición.

## CARACTERÍSTICAS DIAGNÓSTICAS

La desamidación de la gliadina incrementa la unión de los anticuerpos anti-gliadina a la gliadina<sup>3</sup>. Comparado con la determinación convencional de anti-gliadina, los anticuerpos anti-péptidos de gliadina desamidados muestra mayor sensibilidad, especificidad, y mayores valores predictivos positivos y negativos<sup>4</sup>. La progresión de la concentración de estos anticuerpos es también útil para monitorizar el cumplimiento de las dietas libres de gluten. El ensayo de inmunoensayo de BioSystems para la determinación de anticuerpos IgG anti-péptidos de gliadina desamidados presenta una sensibilidad diagnóstica para la enfermedad celíaca del 92,5%, y una especificidad del 100%.

El diagnóstico clínico no debe realizarse teniendo en cuenta el resultado de un único ensayo, sino que debe integrar los datos clínicos y de laboratorio.

## NOTAS

1. No mezclar componentes de distintos lotes de kit.
2. Guardar los pocillos que no se utilicen en la bolsa bien cerrada y con el saquito desecante en su interior.
3. Tener cuidado de no rayar la superficie interior de los pocillos durante todo el procedimiento.
4. Es importante que no queden restos de Tampón de Lavado en los pocillos.
5. La Solución de Paro (F) detiene la reacción enzimática, por lo que se debe pipetear en los pocillos siguiendo el mismo orden y a los mismos intervalos de tiempo con que se inició la reacción pipeteando el Sustrato (E) en el paso 9.

## BIBLIOGRAFÍA

1. Butler JE. Enzyme-Linked Immunosorbent Assay. In: Howard GC ed. Methods in Nonradioactive Detection. Appleton & Lange, 1993.
2. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.
3. Elke Schwertz, Franka Kahlenberg, Ulrich Sack, Thomas Richter, Martin Stern, Karsten Conrad, Klaus-Peter Zimmer and Thomas Mothes. Serologic Assay Based on Gliadin-Related Nonapeptides as a Highly Sensitive and Specific Diagnostic Aid in Celiac Disease. Clinical Chemistry 2004;50: 2370-2375.
4. Sugai E, Vázquez H, Nachman F, Moreno ML, Mazure R, Smecuol E, Niveloni S, Cabanne A, Kogan Z, Gómez JC, Mauriño E, Bai JC. Accuracy of testing for antibodies to synthetic gliadin-related peptides in celiac disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2006;4(9):1112-7.